

وزارة المالية
دائرة المشتريات الحكومية

ملحق رقم (١) لشروط دعوة التلزم رقم (2025/2473) الخاصة بشراء جهاز
Endoscopic bronchoscope ultrasound System لمستشفى الأمير
حمزة بن الحسين.

- يرجى اعتماد إتفاقية الصيانة المرفقة.
- على أن يتم اعتبار الملحق أعلاه جزءاً لا يتجزأ من التلزم مع الإبقاء على باقي الشروط والمواصفات الأخرى كما هي بدون تغيير.

واقبلوا الاحترام

مدير عام دائرة المشتريات الحكومية

هنادي طلعت المابلسي



م. زكريا حجات ٢٠٢٥/٠٧/٣١
(2473/2025)

(مرفق ١)

اتفاقية رقم

اتفاقية صيانته جهاز (Endoscopic Bronchoscope Ultrasound System) في مستشفى الأمير حمزة بن الحسين

الفريق الأول : مستشفى الأمير حمزة بن الحسين

الفريق الثاني :

بما أن الفريق الأول يملك الجهاز الموضح في البند ثالثاً من هذه الاتفاقية وحيث أن هذه الجهاز بحاجة الى الصيانة الدورية الوقائية المستمرة والصيانة عند الطلب والاصلاح، وبعد أن قام الفريق الثاني/ الوكيل المحلي بالكشف ومعاينه الجهاز وأبدى رغبته واستعداده الكامل للقيام بمهمه صيانته واصلاحه وأقر بأن لديه القدرة والكفاءة التامة المطلوبة لذلك ، كما أن لديه الامكانيات الفنية اللازمة لأداء هذه المهمة على أكمل وجه وبما يتناسب وبقاء الجهاز صالح للاستعمال والاستخدام فقد اتفق الفريقان واستنادا لقرار الإحالة -----على ما يلي :

أولاً : تعتبر المقدمة أعلاه وينود الاتفاقية وما ورد بأمر الشراء رقم ----- والشروط الواردة بالقرار رقم ----- الصادر عن لجنة الشراء الرئيسية في مستشفى الأمير حمزة الخاصة بصيانة الجهاز وملاحقه ومرفقاته و أي ملاحق لهذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها.

ثانياً: تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا العطاء المعاني المخصصة لها إزاء كل منها إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

الشركة :

الجهاز: وهو الجهاز الموضح في البند ثالثاً من هذه الاتفاقية بكافه أجزائه
و أية اضافات او حسب توصيات الشركة الصانعة او حسب حاجة القسم المعني أو تعديلات عليه.

الموقع : مستشفى الأمير حمزة بن الحسين ويمثل مكان وجود الجهاز المنوي صيانته.

الشركة الصانعة: وهي الشركة التي يمثل الفريق الثاني الوكيل المحلي لها وهي شركة.....

الصيانة: وهي اعمال الصيانة الوقائية والصيانة الطارئة والاجراءات المتخذة لا بقاء الجهاز في حالة صالحة للخدمة والعمل على اصلاحه في حالة تعطله واعادته الى الخدمة وتشمل اعمال الكشف والفحص والمعايرة واستبدال القطع غير الصالحة وتركيب القطع واصلاح الجهاز.
الصيانة الدورية الوقائية: وهي الاجراءات المتخذة في اعمال الصيانة المخصصة لها على فترات منتظمة وتشمل الصيانة الوقائية والمعايرة والفحص والتأكد من شروط السلامة العامة والتنظيف من الغبار وكذلك تزييت الاجزاء الميكانيكية واستبدال القطع التي يتبين عدم كفاءتها وتقديم بدائلها وحسب توصيات الشركة الصانعة.

الصيانة الطارئة: وهي اعمال الصيانة والاصلاح غير المنتظمة للجهاز نتيجة عطل جزئي أو كلي للجهاز والاجراءات المتبعة بخصوص ذلك لإعادة وضع الجهاز في حالة صالحة للخدمة وحسب توصيات الشركة الصانعة.

اوقات العمل: اوقات عمل المستشفى و حسب عمل القسم الذي يتواجد به الجهاز .

(مرفق ١)

اتفاقية رقم

اتفاقية صيانته جهاز (Endoscopic Bronchoscope Ultrasound System) في مستشفى الأمير حمزة بن الحسين

ثالثاً: الجهاز موضوع هذه الاتفاقية هو الجهاز الوارد في الجدول أدناه

NO.	DESCRIPTION	MANUFACTURE	MODEL	INV NO.
1				

رابعاً : على الفريق الثاني الالتزام بالشروط الخاصة التالية:

أ) خدمات الصيانة والإصلاح:

١. يلتزم الفريق الثاني بإجراء أعمال الصيانة الدورية الوقائية وحسب توصيات الشركة الصانعة بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وبشكل يضمن سير العمل بصورة مستمرة وجيدة ويضمن سلامة الجهاز.
٢. يلتزم الفريق الثاني بالاستجابة وتلبية طلبات الخدمة خلال مدة ١٢ ساعة من وقت تبليغه الرسمي من قبل الفريق الأول وذلك بواسطة الهاتف أو بالفاكس.
٣. يلتزم الفريق الثاني بضمان جاهزية ٩٥٪ من الجهاز (uptime of 95%) وبشكل لا يؤثر على سير العمل أو على أعمال الكادر بحيث يسمح بفترة تعطل يوم ونصف فقط (١,٥ يوم عمل) لكل شهر وبواقع (٩) أيام لكل ٦ شهور كحد أقصى وتبدأ حساب فترات التعطل بعد انتهاء وقت الاستجابة المبينة في النقطة (٢) وبحيث تحتسب فترات التعطل لغاية الغرامات خلال المطالبة المالية لتلك الفترة.
٤. يلتزم الفريق الثاني بتوفير مخزون احتياطي لقطع الغيار في مستودعاته أو في الموقع واللازمة لصيانة وإصلاح الجهاز.
٥. يلتزم الفريق الثاني وفي حالة ضرورة إجراء أية تعديلات توصي بها الشركة الصانعة أو يرى الفريق الثاني ضرورة إجرائها وبالتنسيق مع الفريق الأول واخذ موافقته الخطية على إجراء تلك التعديلات وتسجيل وقائعها رسمياً بعد الموافقة عليها وإجرائها.
٦. يعتمد تصديق الجهة المستخدمة للجهاز مصدقاً من قسم الهندسة الطبية في بيان تلبية الطلب وتاريخ انجاز الإصلاح وعلى الفريق الثاني التأكد من توثيق هذه التواريخ في سجلات الجهة المستخدمة.
٧. يلتزم الفريق الثاني بأن يقوم بكافة أعمال الصيانة وأنواعها شاملاً جميع قطع الغيار وشاملاً ضريبة المبيعات وضمن كلفة الصيانة.
٨. يلتزم الفريق الثاني بتحمل قيمة أية خسائر أو تلف يصيب الأجهزة نتيجة استخدام الجهاز ويحتفظ الفريق الأول بحقه بالمطالبة بقيمة تلك الخسائر وبدل عطل أو أي ضرر.
٩. يلتزم الفريق الثاني بتدريب الكادر الطبي بجميع توصيات الشركة الصانعة على استخدام الجهاز والتعقيم وغيرها.... و حسب توصيات الشركة الصانعة وبخلاف ذلك لا يعتبر أي استخدام خاطئ من قبل الكادر سوء استخدام.
١٠. في حال تعطل الجهاز بسبب الفريق الأول جراء سوء الاستخدام يتم توقيع الاتفاقية تلقائياً لحين الإصلاح ولا يتم احتساب أيام العطل من قيمة المطالبة المالية.

ب) يلتزم الفريق الثاني بقبول احتساب الغرامات التالية:

١. غرامة تأخير انجاز أعمال الإصلاح بواقع (٢٥٠) دينار أردني عن كل يوم أو جزء من اليوم من ساعة التبليغ الرسمي للمتعهد بعد مرور المدة المشار إليها سابقاً.
٢. في حال التعطل الجزئي فإنه يتم تطبيق نصف الغرامات اعلاه شريطة ان لا يترتب على ذلك تعطل أعمال الكادر الطبي أو أي اضرار محتملة.

(مرفق ١)

اتفاقية رقم

اتفاقية صيانته جهاز (Endoscopic Bronchoscope Ultrasound System) في مستشفى الأمير حمزة بن الحسين

٣. إذا تجاوزت فترة التعطل للجهاز عن خمسة ايام عمل متواصلة دون توفير جهاز بديل من قبل الفريق الثاني تصبح الغرامة 500 دينار عن كل يوم زيادة.
٤. غرامة مقدارها (٥٪) من قيمة المطالبة المالية عن كل صيانة دورية وقائية لم يقدّم الفريق الثاني بإجرائها خلال تلك الفترة الربعية.
٥. يتم حسم الغرامات المنصوص عليها اعلاه من المطالبات المالية للفريق الثاني او اي مستحقات مالية للمناقص دون الحاجة الى اخطار او اذار في حالة اخلاله بالتزاماته بإحدى بنود الاتفاقية.
٦. لا تحسب ايام الجمع والعطل الرسمية ضمن مدة تاخير اصلاح الاجهزة باستثناء الاجهزة التي تعمل في قسم الطوارئ او حسب الحالات المقررة بالقسم المعني او استخدام الجهاز في الحالات الطارئة .
٧. توقف كافة الغرامات في حال تعطل الجهاز الناتج عن الحريق او اي عطل كان المتسبب به الفريق الاول او كارثة طبيعية مع توقف الاتفاقية جزئياً لحين تصويب وضع الجهاز .
٨. يستثنى من الغرامات الاعطال الناتجة عن سوء الاستخدام و يحق للفريق الاول تشكيل لجنة حيادية من ذوي الاختصاص للتأكد و تحديد ماهية العطل الفني و البت في قرار سوء استخدام ام لا و على الفريق الثاني الالتزام بقرار اللجنة .

(ج) المستخدمون لدى الفريق الثاني:

١. يلتزم الفريق الثاني باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لاستخدام ما يلزم من مهندسين وفنيين واداريين لتنفيذ الاعمال الواردة في بنود هذه الاتفاقية على افضل وجه.
٢. يلتزم الفريق الثاني بتوفير مهندس مقيم في الاردن يكون مدرباً ومخولاً من الشركة الصانعة لصيانة واصلاح الجهاز وتقديم الشهادات اللازمة بخصوص ذلك ومصدقة حسب الاصول.
٣. يلتزم الفريق الثاني بتوفير مهندس بديل في حالة غياب المهندس المقيم او طلب المساعدة من الشركة الصانعة وعلى نفقته في حالة عدم وجود المهندس الاصيل لأسباب قاهرة.
٤. يلتزم الفريق الثاني بطلب الخبراء من الشركة الصانعة في الحالات التي يتضح عدم امكانية اجراء اعمال الصيانة والاصلاح للجهاز من قبل المستخدمين لديه ويشمل ذلك ما يحتاجونه من معدات ولوازم وعلى نفقته ويحق للفريق الاول طلب ذلك من الفريق الثاني وعلى نفقته في حال مرور مدة ثلاثة اسابيع من ساعة التبليغ الرسمي عن العطل ولم يتم اصلاحه مع احتفاظ الفريق الاول بحقه باحتساب غرامة فترة التعطل .
٥. يلتزم الفريق الثاني بتوفير واستخدام كافة الاجهزة والمعدات القياسية الضرورية لصيانة ومعايرة واصلاح الجهاز وحسب توصيات الشركة الصانعة.
٦. يكون الفريق الثاني مسؤولاً عن سلوك موظفيه خلال ساعات العمل وعليهم التقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالفريق الأول ويحق للفريق الأول
٧. بطلب استبدال اي مستخدم لدى المتعهد يثبت عدم مراعاته لذلك او عدم كفاءته ومقدرته على تنفيذ الاعمال المطلوبة.
٨. يكون الفريق الثاني مسؤولاً عن جميع النفقات المتعلقة بموظفيه والمترتبة لقاء تنفيذ بنود هذه الاتفاقية.

(د) الاشراف على اعمال الصيانة:

١. يقوم الفريق الأول ومن خلال المسؤولين في مواقع الاجهزة (قسم الهندسة الطبية) بالإشراف على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ومراقبة سير الاعمال التي ينفذها الفريق الثاني .
٢. يلتزم الفريق الثاني وبالتنسيق الكامل مع الجهة المشرفة من قبل الفريق الأول بتنفيذ هذه البنود ومراقبة سير اعمالها ويتم عقد اجتماعات دورية وكلما دعت الحاجة لمتابعة وحل الصعوبات التي تعترض تنفيذ وسير هذه الاتفاقية.
٣. يحق للفريق الأول وبناء على توصيات الجهة المشرفة وبالتنسيق مع الجهة المستخدمة تكليف من تراه مناسباً لغايات الاطلاع على كيفية اجراء اعمال الفحص والصيانة والمعايرة والاصلاح للجهاز وضمن الترتيبات التي يتم الاتفاق عليها مع الفريق الثاني.

(مرفق ١)

اتفاقية رقم

اتفاقية صيانته جهاز (Endoscopic Bronchoscope Ultrasound System) في مستشفى الأمير حمزة بن الحسين

هـ) شروط عامه:

١. مدة سريان هذه الاتفاقية سنة واحدة وتجدد تلقائياً ما لم يبد الفريق الأول رغبته بعدم التجديد ويبدأ تاريخ سريانها من تاريخ.....
٢. بعد انتهاء العمر التشغيلي للجهاز المقدر ب ١٠ سنوات بعد انتهاء سنتي الكفالة المجانية يتم تجديد الاتفاقية بموافقة الطرفين
٣. تكون القيمة السنوية للاتفاقية مبلغ (-----) شاملاً جميع قطع الغيار و شاملاً لضريبة المبيعات.
٤. يلتزم الفريق الثاني بتسليم الاجهزة الخاضعة في نهاية الاتفاقية مصانة وتعمل بشكل جيد وكامل.
٥. يلتزم الفريق الثاني بتقديم كفالة حسن التنفيذ بواقع (١٠٪) من قيمة الاتفاقية السنوية طيلة مدة الاتفاقية ويتم الافراج عنها حسب الأصول.
٦. يلتزم الفريق الثاني بالاحتفاظ بسجلات نظامية للسيرة الذاتية للأجهزة توضح الاعمال المتخذة وطبيعة الاعطال التي تتعرض لها الاجهزة وتواريخ الانجاز والقطع المستبدلة.
٧. تدفع قيمة الاتفاقية السنوية وعلى دفعتين متساويتين في نهاية كل ستة أشهر ويشترط الفريق الأول على الفريق الثاني ولغايات الموافقة على صرف المطالبات المالية احضار اشعاراً خطياً مصدقاً حسب الاصول من الموقع ويعتمد لهذه الغاية توقيع كل من رئيس القسم المعني او من ينوب عنه ورئيس قسم الهندسة الطبية او من ينوب عنه في الموقع على نماذج الصيانة الدورية والوقائية والطارئة.

الفريق الاول

مستشفى الأمير حمزة بن الحسين

الفريق الثاني

شركة/مؤسسة

.....