

عطاء ٢٠٢٥ من وسائل تنظيم الأسرة

المستهلكات (الواقي الذكري واللواكب الرحمية)

الرقم	رمز المادة	اسم المادة	الوحدة	الكمية المطلوبة
1-	30-070301006	اللواكب الرحمية IUDs	قطعة	٢٠٠٠٠ عشرون ألف لولب
2-	30-07-0301-005	واقي ذكري CONDOMS	قطعة	٤٥٠٠٠٠٠ اربعة مليون وخمسمائة ألف قطعة واقي ذكري

على ان يتم تسليم عطاء الواقي الذكري و اللواكب الرحمية على دفعة واحدة

مع تعهد بالاستبدال في شهر يناير ٢٠٢٦/١

عطاء وسائل تنظيم الاسرة ٢٠٢٥

المستهلكات (الواقي الذكري واللوايب الرحمية)

الرقم	رمز المادة	اسم المادة	الوحدة	الكمية المطلوبة
1-	30-070301006	اللوايب الرحمية IUDs	قطعة	٢٠٠٠٠ عشرون الف لولب
2-	30-07-0301-005	واقي ذكري CONDOMS	قطعة	٤٥٠٠٠٠٠ اربعة مليون وخمسمائة الف قطعة واقي ذكري

الشروط :- على ان يتم تسليم الواقي الذكري و اللوايب الرحمية على دفعة واحدة مع تعهد بالاستبدال في شهريناير ٢٠٢٦/١

Specifications for Male condoms

1. Natural rubber latex
2. Translucent without added coloring (plain condoms)
3. Lubricant: non-spermicidal, quantity of lubricant in the package should be 550mg_+(150 mg) .
4. Odor : should not give off an un pleasant odor, and free of added fragrance and flavoring agents .
5. Volume : 18.0 dm³ for condoms with widths 50.0 mm up to 56.0 mm
6. Pressure : 1.0 kpa (for all width) .
7. Width : of 53mm with a tolerance of +_ (2mm) .
8. Length : a minimum of 170 mm .
9. Wall thickness: 30 mm+/_ 5mm from the open end and 30mm +/_ from the closed end – excluding reservoir tip, and the mid-distance between these two points shall be 0.065+_0.015mm .
10. Surface : shall be non-textured throughout, the condoms should have straight and parallel sides and with visible shoulder leading to reservoir teaded end .
11. Open end : the condoms open end shall have a rolled ring of latex .
12. Freedom from holes and visible defects: 100% free form holes or visible defects .

الشروط الخاصة بعطاء الواقي الذكري لعام ٢٠٢٥

- ١- توسم المواد بعبارة " مباح لوزارة الصحة الأردنية " أو (JMOH) وبشكل واضح على كل قطعه واقي ذكري
- ٢- أ. يجب ذكر رقم التشغيل وتاريخ الصنع وتاريخ الانتهاء واسم الشركة الصانعة وبلد المنشأ على كل قطعة .
- ٣- ب. يجب ذكر رقم التشغيل وتاريخ الصنع وتاريخ الانتهاء وظروف التخزين واسم الشركة الصانعة وبلد المنشأ على العبوة الداخلية والخارجية .
- ٤- يجب أن لا تقل مدة الصلاحية عن ٧٠% عند التوريد .
- ٥- يجب أن تكون مدة الصلاحية لا تقل عن ٤ سنوات عند تخزينها في درجة حرارة ٣٠±٥ مئوية (- ٢/٥) .
- ٦- يجب إرفاق عينات كافية للمادة عند تقديم العرض او عند الطلب، العينات المطلوبة (١٠٠ قطعة) .
- ٧- تسلم المواد على دفعة واحدة في شهر ٢٦/٢٠٢٥
- ٨- التسليم داخل مستودعات وزارة الصحة ، وعلى المتعهد التنسيق مع مديرية التوريد قبل أسبوع على الأقل من التوريد .
- ٩- يلتزم المتعهد بتقديم نتيجة الفحص المخبري للواقي الذكري عند التوريد.
- ١٠- يحق للجنة الاستلام إرسال عينات من أي مادة للفحص المخبري للتأكد من صلاحيتها وعلى حساب المتعهد .
- ١١- أ. يجب إرفاق شهادة جودة مع العرض (CE , FDA) أصلية أو نسخة مصدقة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء حسب الأصول ويستثنى أي عرض غير مرفق معه الشهادة المطلوبة .
ب. يجب إرفاق شهادة حرية بيع مع العرض مصدقة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء صادرة عن الجهة الصحية في بلد المنشأ إذا كان هذا المنشأ من احد الدول التالية :- (اليابان ، سويسرا ، كندا ، النرويج ، استراليا ، ألمانيا ، دول مجلس التعاون الخليجي) يستثنى أي عرض غير مرفق معه الشهادة المطلوبة .
- ١٢- العبوات الداخلية والخارجية يجب أن تكون من الصلابة بكفاية لتحمل النقل والتوزيع .
- ١٣- إذا ورد المتعهد أي مادة ولم تكتمل شروط العطاء يعتبر تاريخ التوريد من تاريخ إكمال الوثائق والشروط المطلوبة .
- ١٤- يفضل أن تكون العبوة تحتوي على ١٠٠ قطعة إذا أمكن.
- ١٥- إبراز شهادة تحليل للمنتج من الشركة الصانعة اذا لم يكن متوفر لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء و كتاب السماح بالتداول من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء وذلك عند التوريد
- ١٦- يجب على المتعهد بتقديم كتاب تعهد بالاستبدال للواقيات التي قد تنتهي مدة صلاحيتها قبل استخدامها .
- ١٧- لوزارة الصحة الحق بزيادة الكمية بما نسبته ٣٥% كحد أعلى وبنفس الشروط والأسعار و المواصفات خلال تسعة شهور من تاريخ تبليغ المتعهد قرار الإحالة و بموافقة المتعهد.
- ١٨- يلتزم المناقص في حال لم تنص الشروط الخاصة على السماح بتقديم بدائل التقدم بشركة صانعة واحدة فقط وبخلافه سيتم استبعاد العرض المقدم لهذه المواد.
- ١٩- تؤخذ بعين الاعتبار الكميات المجانية المقدمة في العرض في حال كانت من ضمن الكمية المطلوبة في دعوة العطاء.

مواصفة

المستلزمات الرحمية المانعة للحمل الحاملة للنحاس (اللولب)

CopperT IUD

١- الشكل

يجب ان يكون للولب شكل ملائم لتجويف الرحم عندما يتم فحصه بصرياً وحسياً وأن يكون مصمماً بطريقة تقلل من خطر حصول أي ثقب في تجويف الرحم وما قد ينتج عنه من انسداد الأمعاء ويجب أن لا يكون للولب وأدوات الإدخال أي حواف حادة ، يجب أن لا يحتاج اللولب الى قوة كبيرة لإدخاله وأزالته

٢- الأبعاد

أ - اللولب

يجب أن لا يزيد الطول الأسمى للولب على ٣٦مم وأن لا يزيد العرض الأسمى للولب على ٣٢ مم ، ويجب ان تتوافق الأبعاد مع الخصائص المعطاة من قبل المصنع بتفاوت مقداره $\pm 5\%$

ب - مكونات النحاس

يجب ان تكون المساحة الاسمية لمنطقة السطح الفعالة للنحاس على الأقل ٢٠٠ مم² ويجب أن لا تكون اكبر من ٣٨٠ مم² وفي حال استخدام سلك من النحاس يجب ان يكون القطر الأسمى للسلك النحاسي على الأقل ٠,٢٥ مم ويجب أن يتوافق القطر مع الخصائص المعطاة من قبل المصنع بتفاوت مقداره $\pm 5\%$ وأن تتوافق مساحة السطح الفعالة بتفاوت مقداره $\pm 10\%$

ج - الخيط

يجب أن لا يقل طول الخيط عن ١٠٠ مم

د - أداة الإدخال

يجب ان لا يزيد الحد الأقصى للعرض الخارجي الأسمى لجزء أداة الادخال المعد لملامسة قناة عنق الرحم على ٥ مم ، يجب أن تتوافق الأبعاد مع الخصائص المعطاة من قبل المصنع بتفاوت مقداره $\pm 5\%$.

٣ - قوة الشد

يجب أن يتحمل اللولب بما فيه الخيط قوة شد لا تقل عن ١٢ نيوتن

٤ - الثبات

أ- الثبات أثناء التخزين

يجب أن يطابق اللولب خصائص الأداء المعطاة من قبل المصنّع طيلة المدة المعلنة للتخزين (مدة الصلاحية قبل الاستخدام) وثبات لون المادة النحاسية تحت ظروف التخزين السليمة طيلة فترة الصلاحية

ب - الثبات في موضع الاستخدام

يجب أن تحتفظ مكونات النحاس بسلامة بُنيّتها ويجب أن يتحمل كامل اللولب قوة شدّ خلال المدة المعدة للاستخدام

ج - خاصية المرونة اللزجة

يجب أن لا يتجاوز التغيير في الشكل المستعاد لأي جزء من اللولب عن وضع تصميمه الأصلي بمقدار ٥ مم عندما يفحص .

د - الكشف في الموضع

يجب أن تكون كافة أجزاء إطار اللولب قابلة للفحص بواسطة الأشعة السينية وفي حالة استخدام سلفات الباريوم كمادة معتمدة في مكونات اللولب البلاستيكية ، فيجب أن تتراوح نسبته من ١٥% إلى ٢٥% نسبة وزنية عندما تحدد حسب الطريقة الواردة في البند ٧ -

٥ - المواد

- يجب أن يكون الجسم البلاستيكي وما يحتويه من مادة معتمدة (غير نفّاذة للأشعة) ذا لزوجة مرنة ومتوافق حيويًا وغير قابل للامتصاص.

- يجب أن يكون الخيط أحادي الفتيلة ومتوافق حيويًا وغير قابل للامتصاص.

- يجب أن تكون نقاوة النحاس على الأقل ٩٩,٩% وموثقة بشهادة.

٦ - التعقيم

يجب أن يزود اللولب معقماً

الشروط الخاصة بعطاء اللوالب الرحمية لعام ٢٠٢٥

- ١- تؤسم المواد بعبارة " مباح لوزارة الصحة الأردنية " أو (JMOH) وبشكل واضح على كل لولب .
- ٢- أ. يجب ذكر رقم التشغيل وتاريخ الصنع وتاريخ الانتهاء واسم الشركة الصانعة وبلد المنشأ على كل قطعة .
- ٣- ب. يجب ذكر رقم التشغيل وتاريخ الصنع وتاريخ الانتهاء وظروف التخزين واسم الشركة الصانعة وبلد المنشأ على العبوة الداخلية والخارجية .
- ٤- يجب أن لا تقل مدة الصلاحية عن ٧٠% عند التوريد .
- ٥- يجب أن تكون مدة الصلاحية لا تقل عن ٥ سنوات عند خزنها في درجة حرارة ٣٠±٥ مئوية (٢- / ٥٠) .
- ٦- يجب إرفاق عينات كافية للمادة عند تقديم العرض او عند الطلب ، العينات المطلوبة (١٠ قطعة) .
- ٧- تسلم المواد على دفعة واحدة في شهر ١/٢٦/٢٠٢٥
- ٨- التسليم داخل مستودعات وزارة الصحة ، وعلى المتعهد التنسيق مع مديرية التوريد قبل أسبوع على الأقل من التوريد .
- ٩- يحق للجنة الاستلام إرسال عينات من أي مادة للفحص المخبري للتأكد من صلاحيتها وعلى حساب المتعهد .
- ١٠- العبوات الداخلية والخارجية يجب أن تكون من الصلابة بكفاية لتحمل النقل والتوزيع .
- ١١- إذا ورد المتعهد أي مادة ولم تكتمل شروط العطاء يعتبر تاريخ التوريد من تاريخ إكمال الوثائق والشروط المطلوبة .
- ١٢- يفضل أن تكون العبوة تحتوي على ٢٥ قطعة إذا أمكن.
- ١٣- إبراز شهادة تحليل للمنتج من الشركة الصانعة اذا لم يكن متوفر لدى المؤسسة العامة للغذاء و الدواء و كتاب السماح بالتداول من قبل المؤسسة العامة للغذاء و الدواء و ذلك عند التوريد .
- ١٤- يجب على المتعهد بتقديم كتاب تعهد بالاستبدال للوالب التي قد تنتهي مدة صلاحيتها قبل استخدامها .
- ١٥- يلتزم المتعهد بتقديم نتيجة الفحص المخبري للوالب عند التوريد.
- ١٦- لوزارة الصحة الحق بزيادة الكمية بما نسبته ٣٥% كحد أعلى وبنفس الشروط والأسعار و المواصفات خلال تسعة شهور من تاريخ تبليغ المتعهد قرار الإحالة و بموافقة المتعهد.
- ١٧- يلتزم المناقص في حال لم تنص الشروط الخاصة على السماح بتقديم بدائل التقدم بشركة صانعة واحدة فقط وبخلافه سيتم استبعاد العرض المقدم لهذه المواد.
- ١٨- تؤخذ بعين الاعتبار الكميات المجانية المقدمة في العرض في حال كانت من ضمن الكمية المطلوبة في دعوة العطاء.