الشروط الخاصة بالأجهزة الطبية لعطاء مواد وكواشف أجهزة

Automated Clinical Chemistry Analyzer

١. يتم استلام الأجهزة في المواقع المحددة لها في دعوة العطاء وتنفيذ عمليات التدريب اللازمة والموصي بها من قبل الشركة الصانعة لتشغيل واستخدام هذه الأجهزة وكلما تطلب ذلك.
٢. يلتزم المتعهد بزيارة المواقع والكشف عليها وبيان المتطلبات اللازمة حسب توصيات الشركة الصانعة لتركيب وتشغيل هذه الأجهزة وبما لا يتجاوز مدة شهر من تاريخ تبلغ أمر الشراء وبخلاف ذلك يتم تجهيز المواقع على نفقة المتعهد.
٣. يلتزم المتعهد بجميع أعمال الصيانة المتعلقة بوحدة (RO System with Softener) من خلال فريق العمل لديه (ما عدا اضافة مادة الملح تتم من خلال الموقع).
٤. يلتزم المتعهد في حال تقدم بعرض (RO System) من السوق المحلي ولم يتم اعتماده من قبل مديرية الهندسة الطبية بتوريد نوع (Millipore or Elga) وبخلاف ذلك السير بإجراءات نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022.
٥. يلتزم المتعهد في حال تقدم بعرض (Softener) من السوق المحلي ان يتم اعتماده من قبل مديرية الهندسة الطبية وبخلاف ذلك السير بإجراءات نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022.
٦. يلتزم المتعهد بأن لا تزيد مدة التوريد عن **ثلاثة أشهر** من تاريخ تبلغ أمر الشراء.
٧. يحق للمتعهد بعد التوريد وتسليم الأجهزة حسب الأصول بتقديم كفالة او شيك مصدق (باسم وزير الصحة بالإضافة لوظيفته) بقيمة التدريب او القيمة المقدرة من قبل مديرية الهندسة الطبية ويتم الإفراج عن كفالة حسن التنفيذ الأصلية وحسب الأصول.
٨. يلتزم المتعهد بتقديم كفالة صيانة بنكية للأجهزة بواقع (٥٪) من قيمة الاحالة صالحة لمدة (٥) سنوات.
٩. يلتزم المتعهد بتقديم كفالة حسن تنفيذ بواقع (١٠٪) من قيمة الإحالة.
١٠. توسم الأجهزة والأدوات القابلة لذلك بعبارة مباع لوزارة الصحة خلال عملية الاستلام.
١١. يلتزم المتعهد بتقديم ضمانه من سوء المصنعية على شكل كفالة عدلية أو تعهد شخصي مصدق من كاتب العدل ولمدة سنة من تاريخ الاستلام.

قطع الغيار:

١٢. يلتزم المناقص بتقديم التزام خطي من الشركة الصانعة بتأمين وتصنيع قطع الغيار وقطع الغيار المستهلكة وكل ما يلزم لعمل الجهاز لمدة لا تقل عن (٥) سنوات وبموجب كتاب رسمي من الشركة الصانعة وتقديم ذلك ضمن العرض.

الصيانة الوقائية:

١٣. يلتزم المتعهد بعمل الصيانة الدورية الوقائية للأجهزة وفق توصيات الشركة الصانعة وعلى ان لا تقل عن **مرتين سنويا** وتقديم التقارير اللازمة متضمنة (**check list**) المعتمد من قبل الشركة الصانعة ولغايات الإفراج عن كفالة الصيانة عند نهاية المدة موقعة من قبل مهندسي / فنيي صيانة الأجهزة الطبية في المواقع.
١٤. في حالة عدم تقيد المتعهد بتنفيذ برنامج الصيانة الوقائية للأجهزة أثناء فترة الكفالة المجانية وبالمواعيد المتفق عليها أو تأخره مدة تزيد عن أسبوعين يتم تغريمه (نصف بالمائة) من قيمة الاحالة للجهاز المعني.

الصيانة المجانية:

١٥. يلتزم المناقص بصيانة الأجهزة شاملة قطع الغيار للأجهزة والايدي العاملة وقطع الغيار المستهلكة والمستهلكات طيلة مدة الاتفاقية ومدتها (٥) سنوات مجاناً (مع الالتزام بكافة الشروط الخاصة بالمواد التشغيلية) من تاريخ استلام الأجهزة.
١٦. يلتزم المتعهد في حال كان العطل متعلقة بـ (**Software Failures**) ان يتم اعادة النتائج واعداد الفحوصات بعد الانتهاء وبإشراف مهندس من مديرية الهندسة الطبية وبخلاف ذلك يتحمل المتعهد مسؤولية فقدان اعداد الفحوصات.

١٧. إذا تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه (غرامة مالية) بنسبة لا تقل عن (نصف بالمائة) من قيمة اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها عن كل اسبوع أو جزء من الأسبوع على ألا تتجاوز (١٥٪) من قيمة العقد.

١٨. أ. يلتزم المتعهد أثناء فترة الصيانة المجانية بتلبية طلب الخدمة بالهاتف معززا بالفاكس او البريد المستعجل (الالكتروني) خلال (٢٤) ساعة للأجهزة.

ب. يلتزم المتعهد بإصلاح الجهاز واعادته للخدمة خلال فترة (٤٨) ساعة بعد المدة المشار إليها في (أ).

ج. يلتزم المتعهد بدفع غرامة مقدارها (٥٠) خمسون دينار عن كل يوم تأخير عما ورد في (أ، ب) أعلاه وإذا زادت مدة التأخير عن (٥) أيام تصبح الغرامة (١٠٠) مائة دينار عن كل يوم تأخير.

د. في حال تقديم المتعهد لجهاز بديل عن الجهاز المعطل يتوقف احتساب الغرامات المشار إليها بالبند (ج) أعلاه ومنذ تاريخ إحضار الجهاز البديل ويشترط أن يكون الجهاز البديل بنفس جودة وكفاءة ومواصفات الجهاز الأصلي على ألا تزيد مدة الاستبدال عن شهر وبموافقة رسمية من قبل مديرية الهندسة الطبية.

١٩. يلتزم المتعهد في حال تعطل الجهاز في اي موقع من المواقع المحددة لها في دعوة العطاء لمدة تزيد عن اسبوع بعد المدة المشار إليها في (أ، ب) بتحويل جميع العينات (Patients Samples) الى اي مختبر تحدده وزارة الصحة لهذه الغاية وعلى نفقة المتعهد ويتحمل جميع النفقات المترتبة على ذلك بخلاف ما ورد في البند (١٨).

٢٠. يلتزم المتعهد بوضع لبيلات لاصقة تبيين اسم وعنوان الوكيل المحلي (هاتف، فاكس) ومواعيد تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية خلال فترة كفالة الجهاز وبشكل واضح وتاريخ انتهاء الصيانة المجانية.

٢١. يلتزم المتعهد بتقديم نسخة أصلية من كتالوجات التشغيل والصيانة (ورقية او حاسوبية) وقوائم قطع الغيار عند توريد الأجهزة للموقع مع نسخة إضافية واحدة لمديرية الهندسة الطبية.

٢٢. يلتزم المناقص بأن تكون الأجهزة المقدمة جديدة (١٠٠٪) ومن أحدث الموديلات لدى الشركة الصانعة مع بيان تاريخ صنع الأجهزة المقدمة وألا يتوقف انتاجها قبل انتهاء مدة العقد او الاتفاقية وتقديم ذلك بموجب كتاب رسمي من الشركة الصانعة ضمن العرض.

٢٣. يلتزم المناقص بان لا تزيد سنة صنع الاجهزة عن سنتين عند التوريد.

٢٤. يلتزم المناقص بان لا تزيد بداية تصنيع الاجهزة المقدمة (Hardware) عن (٨) سنوات وتقديم ذلك بموجب كتاب رسمي من الشركة الصانعة ضمن العرض.

٢٥. يعتبر جزءاً من الجهاز كل ما توصي به الشركة الصانعة كضرورة لعمل الجهاز بشكل طبيعي حتى لو لم يرد ذلك ضمن المواصفات الفنية الواردة في العطاء.

٢٦. يشترط ولغايات الإحالة أن يتوفر وكيل محلي وحصري للشركة الصانعة قادر ومؤهل على صيانة الأجهزة مع بيان وتقديم أسماء الكادر وخبراته الفنية في مجال الأجهزة المقدمة معززا ذلك بشهادات التدريب وتقديم ذلك ضمن العرض وبخلاف ذلك يحق للجنة الدارسة للعطاء التنسيب باستبعاد العرض المقدم.

٢٧. يلتزم المناقص بتحديد الشركة الصانعة (Manufacturer) وبلد المنشأ (Country of Origin) وبلد الصنع (Country of Manufacture).

٢٨. يلتزم المتعهد بتقديم صورة عن شهادة المنشأ عند الطلب وان تكون الاجهزة موضح عليها بلد الصنع (Made in....) لبلييل حراري غير قابل للإزالة.

٢٩. لا يجوز للمناقص أن يقدم أكثر من عرض واحد وله أن يقدم بدائل وذلك استنادا لنظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022.

٣٠. يجب أن يشمل العرض على إجابة واضحة وصريحة على كل المواصفات الفنية المطلوبة للأجهزة وبيان المخالفات الفنية لديه إن وجدت مع ضرورة بيان موقع المواصفة في النشرات الفنية او بكتاب من الشركة الصانعة وبشكل واضح وصريح ولكل بند من بنود المواصفة الفنية للجهاز وبخلاف ذلك يحق للجنة الدارسة للعطاء التنسيب باستبعاد العرض المقدم.

٣١. في حال التحديث على الأجهزة من حيث ال (Software) يلتزم المتعهد بتقديمها طيلة مدة الكفالة المجانية للأجهزة مجاناً كما يلتزم المتعهد بتقديم كافة البيانات المتعلقة بذلك بشكل دوري وفور إقرارها من الشركة الصانعة.
٣٢. يلتزم المتعهد بتقديم نسخة أصلية أو نسخة مصدقة من الجهات المعنية من شهادات FDA approval or CE marking or CE-IVD (or IVDR) **ضمن العرض وعند الاستلام.**
٣٣. يلتزم المناقص في حال تقديمه لأجهزة غير متوفرة في وزارة الصحة بتقديم كشف بالمواقع التي تم تركيب هذه الأجهزة فيها داخل المملكة الأردنية الهاشمية (الخدمات الطبية الملكية، المستشفيات الجامعية، مركز الحسين للسرطان، المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة) وان لا تقل مدة عمل الجهاز عن سنة على الأقل وبخلاف ذلك يحق للجنة الدراسة للعتاء التنسيب باستبعاد العرض المقدم.
٣٤. يلتزم المتعهد في حال الحاجة لنقل الاجهزة أثناء فترة الكفالة المجانية بنقله مجاناً شامل جميع المتطلبات اللازمة لعملية النقل الى أي مكان آخر تحدده وزارة الصحة لاحقاً.
٣٥. يلتزم المناقص المتقدم بأجهزة مصنعة خارج الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو اليابان بتقديم شهادة (FDA) or (CE) الأمريكية وتقديم الشهادة ضمن العرض المقدم وبخلاف ذلك يحق للجنة الدراسة للعتاء التنسيب باستبعاد العرض المقدم.
٣٦. يلتزم المتعهد المحال عليه المواد التشغيلية بتوريد الاجهزة المطلوبة بدعوة العطاء مجاناً مقابل التزام وزارة الصحة بشراء المواد التشغيلية فقط والمبينة بدعوة العطاء وطيلة مدة الاتفاقية.
٣٧. يحق لوزارة الصحة الغاء العقد او الاتفاقية إذا ثبت سوء مصنعية الاجهزة او عدم دقة النتائج المستخرجة من الاجهزة او تدني جودة منتجاتها خلال فترة التشغيل دون سابق انذار مع تحميل المتعهد كافة الالتزامات المترتبة عليه نتيجة لذلك.
٣٨. تؤول ملكية الاجهزة بعد انتهاء مدة العقد او الاتفاقية للمتعهد.

مرفق رقم (1) للشروط الخاصة للأجهزة التي تحتاج الى تركيب في المواقع المحددة

No	Equipment	QTY	Location
1	Automated Clinical Chemistry Analyzer (Health Centers - High Load)	40	Annex 1
2	Automated Clinical Chemistry Analyzer (Health Centers - Medium Load)	95	Annex 2

- يتم تحديد المواقع بالتنسيق مع مديرية الأجهزة الطبية